

Informácia o vylúčení uchádzača.

Názov zákazky: Rastová komora pre nakličovanie semien

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo VVO: 4341-WYT, Vestník č. 58/2013 z 22.3.2013

Uchádzač: INTERTEC, obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným, Hronská 6, 974 06 Šalková

Dôvod vylúčenia uchádzača:

1. neuviedol názov a typ výrobku (v zmysle bodu 4., opravy textu súťažných podkladov zo dňa 5.4.2013), názov a typ zariadenia bol zistený z cenovej ponuky č. 2130536, ktorá tvorila nepožadovanú súčasť ponuky a je KK 750). Jedná sa o zariadenie, ktoré vzhľadom na svoje technické parametre a fitotrónový systém, ktorý nie je v technickej špecifikácii požadovaný verejným obstarávateľom, nie je vhodné pre nakličovanie semien,
2. v položkách 1 až 12, a 20 nepotvrdil parameter požadovaný verejným obstarávateľom,
3. v položke 16 uvádza 17 000 luxov, čo je nedostatočný parameter oproti verejným obstarávateľom požadovanému parametru 20 000 luxov.
4. v položke 13 v stĺpci „Požadovaný“ nesprávne uvedené „áno“ namiesto čísla 720.

Uchádzač nepotvrdil a nedodrжал technické parametre požadované na predmet zákazky.